Gebruiksaanwijzing

Hanne
Bedbox

atlas
REVALIDATIE TECHNIEK

Postadres
Postbus 106
5370 AC Ravenstein
Bezoekadres
Korte Stukken 7
5371 MN Ravenstein

Tel: 0486-45 33 44
Fax: 0486-45 35 15
www.atlas-rehab.nl
info@atlas-rehab.nl

CE

April 2007

Voorwoord

De bedbox Hanne is bedoeld voor gehandicapten kinderen die overdag een veilige rustplaats en/ of verzorging nodig hebben.

De bedbox is voorzien van CE-markering, wat aangeeft dat aan de Europese eisen voor veiligheid wordt voldaan.

De bedbox wordt afgesteld en geleverd door de dealer. Met deze handleiding kunnen daarna moeiteloos de belangrijkste handelingen worden gedaan om het kind optimaal en veilig gebruik te kunnen laten maken van de bedbox.

In deze handleiding wordt veel gebruik gemaakt van foto's, zodat een instelmogelijkheid op de bedbox gemakkelijk kan worden teruggevonden.

Uw ervaringen met de bedbox zijn belangrijk voor het steeds verbeteren van de “Hanne”. Wij willen u vragen om na enkele weken het enquêteformulier, dat achter in deze gebruiksaanwijzing te vinden is, in te vullen en aan ons te retourneren:

Atlas Revalidatie Techniek
Antwoordnummer 3509
5370 ZX Ravenstein

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.

Niets uit deze handleiding mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Atlas Revalidatie Techniek BV.
© 2004 Atlas Revalidatie Techniek B.V.

Inhoudsopgave

1. De bedbox Hanne 3

2. De veiligheid 4

2.1 De veiligheidsvoorschriften 4
2.2 Acuut gevaar 4

3. Ingebruikname 5

3.1 In de bedbox helpen van het kind 5
3.2 Uit de bedbox helpen van het kind 5

4. De bediening 6

4.1 De deurklem 6
4.2 De sluiting 6
4.3 De hoogteverstelling 6

5. Onderhoud 7

6. Verhelpen van problemen 7

7. Garantie 7

8. Technische gegevens 8

8.1 Afmetingen 8
8.2 Bekleding 8
8.3 Opties 8

Niets uit deze handleiding mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Atlas Revalidatie Techniek BV.
© 2004 Atlas Revalidatie Techniek B.V.

1. De bedbox Hanne

De bedbox model Hanne is een zeer kindvriendelijk, speels model.

Standaard
De bedbox is voorzien van een vlakke, houten bodem. Hierop ligt een matras met een urine-bestendige celflex hoes. De kleur is blank gelakt beuken met rode vlakken. De bedbox Hanne is in twee standaard maten te verkrijgen: 90x200 cm en 120x160 cm (matrasmaten).

Matrashoogte
De matrashoogte is in te stellen tussen de 80 en 90 cm, gemeten vanaf de bovenzijde van het matras.

Veiligheid
In de standaard uitvoering heeft de bedbox een omranding van 40 cm hoog. De voorzijde is voorzien van harmonicadeurtjes met kindveilige sloten. Daarnaast kan de bedbox Hanne als extra optie voorzien worden van doorzichtig lexaan en bisonyl beschermingsmatten.

Afbeelding 1:
De standaard uitvoering van de bedbox Hanne.

a) Omranding
b) Harmonicadeurtje
c) Sluitknop
d) Deurklem
e) Deurtje
f) Matras

Niets uit deze handleiding mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Atlas Revalidatie Techniek BV.
© 2004 Atlas Revalidatie Techniek B.V.

2. De veiligheid

Atlas heeft de grootste zorg besteed aan de veiligheid van het kind; er is veel aandacht besteed aan de juiste vormgeving van de bedbox en de instellingen bij ingebruikname zijn door Atlas op deskundige wijze gedaan. Er zijn evenwel nog de volgende veiligheidsvoorschriften die door de begeleiders en ouders van het kind beslist moeten worden nageleefd om een veilig gebruik van de bedbox te waarborgen.

2.1 De veiligheidsvoorschriften

a) Lees eerst deze gebruiksaanwijzing door en probeer het bed eerst uit zonder dat het kind plaats neemt in het bed;
b) Laat uw kind nooit alleen achter wanneer de omranding van de bedbox geopend is;
c) Zorg ervoor dat de sluitingen altijd goed vastgemaakt zijn;
d) Verzeker uzelf ervan dat het kind niet zelfstandig de deurtjes open kan maken;
e) Plaats de bedbox op een vlakke ondergrond;
f) Laat andere kinderen niet in de bedbox spelen;
g) Verstellingen mogen alleen door ouders of verzorgers worden gedaan;
h) Houd u aan het maximaal toelaatbare gewicht van 150 kilogram;
i) Elke service uitgevoerd door iemand anders dan een door Atlas Revalidatie Techniek gevolmachtigd persoon zal de garantie ongeldig maken en Atlas Revalidatie Techniek is dan niet meer aansprakelijkheid voor verwondingen en/of beschadigingen.

Op de bedbox wordt veiligheidsvoorschrift “b” en “d” herhaald in de vorm van een waarschuwingssticker (zie onderstaande figuur). Zorg ervoor dat deze tekst ten alle tijde leesbaar blijft. Vraag zonodig om een nieuw exemplaar van deze sticker.

Laat uw kind nooit alleen achter wanneer de omranding van het bed geopend is. Zorg ervoor dat het kind het bed niet zelf kan bedienen.

2.2 Acuut gevaar

Oefen de volgende handelingen om uw kind bij brand of andere acute gevaren snel uit de bedbox te kunnen halen, totdat u dit snel kunt uitvoeren.

Snel handelen bij brand of ander acuut gevaar:

a) Ontsluit de grendel aan de bovenzijde van de deurtjes, door de grendel omhoog te bewegen;
b) Draai de sluiting onderaan het harmonicadeurtje los en beweeg het deurtje naar u toe om het te openen;
c) Til het kind uit de bedbox.

Niets uit deze handleiding mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Atlas Revalidatie Techniek BV.
© 2004 Atlas Revalidatie Techniek B.V.

3. Ingebruikname

Controleer voor het gebruik de bedbox op zichtbare gebreken. Raadpleeg bij twijfel de leverancier. Laat u door de leverancier instrueren wanneer u nog niet bekend bent met het gebruik van deze bedbox.

Lees voor het gebruik deze gebruiksaanwijzing aandachtig door en ga na of het gebruik en de bedoeling van alle onderdelen duidelijk is (probeer alles eerst uit, voordat het kind in de bedbox plaats neemt). Wees u bewust van de veiligheidsinstructies in hoofdstuk 2.

Er is een mogelijkheid voor persoonlijke instructie via uw leverancier. Neem bij problemen contact op met de behandelend therapeut of met de leverancier van de bedbox.

Wanneer gebruik gemaakt wordt van een lig-orthese, raadpleeg dan voor het dagelijks gebruik uw leverancier.

3.1 In de bedbox helpen van het kind

Om op een veilige en verantwoorde manier het kind in het hoog-laag bed te helpen is het nodig om de hierna beschreven volgorde van handelen nauwgezet aan te houden. Voor aanwijzingen voor de bediening van het bed zie hoofdstuk 4 "*De bediening*".

a) Ontsluit de grendel aan de bovenzijde van de deurtjes, door de grendel omhoog te bewegen;
d) Draai de sluitknop onderaan het harmonicadeurtje los, trek deze knop omhoog en draai deze vast;
e) Beweeg het deurtje naar u toe om het te openen;
b) Til het kind in de bedbox;
c) Sluit de deurtjes en draai de sluitknop los, zodat het palletje in het gaatje van het bed valt. Draai de sluitknop vast.
d) Sluit de deurgrendel en controleer of de deurtjes stevig dicht zitten;
e) Wees er zeker van dat het kind de deurtjes niet zelf kan openen;
f) Laat uw kind nooit alleen achter wanneer de omranding van de bedbox geopend is.

3.2 Uit de bedbox helpen van het kind

Om op een veilige en verantwoorde manier het kind uit het hoog-laag bed te helpen is het nodig om de hierna beschreven volgorde van handelen nauwgezet aan te houden. Voor aanwijzingen voor de bediening van het bed zie hoofdstuk 4 "*De bediening*".

a) Ontsluit de grendel aan de bovenzijde van de deurtjes, door de grendel omhoog te bewegen;
f) Draai de sluitknop onderaan het harmonicadeurtje los, trek deze knop omhoog en draai deze vast;
b) Beweeg de deurtjes naar u toe om ze te openen;
c) Til het kind uit de bedbox;
d) Sluit de deurtjes.

Attentie:
Kies een gemakkelijke werkhouding bij het open- en dichtdoen van de deurtjes en bij het in en uit het bed tillen van het kind.
Controleer na het dichtdoen van de deurtjes of de sluitingen stevig vast zitten.

Niets uit deze handleiding mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Atlas Revalidatie Techniek BV.
© 2004 Atlas Revalidatie Techniek B.V.

4. De bediening

Voor de verstellingen van de bedbox Hanne is geen gereedschap nodig.

4.1 De deurklem

- De deurklem is de sluiting aan de bovenzijde van de deurtjes (zie afbeelding 2).
- Openen:
  Trek met één hand de klem omhoog om de sluiting los te maken.
  Sluiten:
  Zorg ervoor dat de deurtjes gesloten zijn en duw de klem op de bovenzijde van het deurtje. Controleer of de deurtjes stevig vastzitten.

Afbeelding 2:
De deurklem.

4.2 De sluiting

- De sluiting bevindt zich aan de onderzijde van de deurtjes (zie afbeelding 3).
- Draai de sleutel rechtsom om het deurtje te openen.
  Om de deurtjes te sluiten: linksom. Controleer of de deurtjes stevig vastzitten.
- Voor het openen en sluiten van de deurtjes moet er opgelet worden dat de deurklem aan de bovenzijde van de deurtjes omhoog staat.

Afbeelding 3:
De sluiting.

4.3 De hoogteverstelling

- Haal het matras uit de bedbox;
- Schroef de lattenbodem los en verwijder deze;
- Zet alle vier de klemmetjes op de juiste hoogte. Let op dat de klemmetjes op dezelfde hoogte staan;
- Schroef de lattenbodem stevig vast. Let op dat de klemmetjes stevig vast blijven zitten;
- Leg het matras weer terug.

Afbeelding 4:
De hoogteverstelling.

Niets uit deze handleiding mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Atlas Revalidatie Techniek BV.
© 2004 Atlas Revalidatie Techniek B.V.

5. Onderhoud

De bedbox heeft weinig onderhoud nodig:

- Controleer elke keer wanneer het kind in de bedbox ligt of de deurklem en de sluiting goed dicht zitten;
- Let op de dagelijkse hygiëne. Het reinigen van de bedbox en de matrashoes kan met de gangbare, niet-chloorhoudende, niet-schurende schoonmaakmiddelen voor het huishouden;
- Als er als optie slagvast, doorzichtig lexaan is aangebracht, mag deze alleen met een vochtige doek afgenomen worden.

6. Verhelpen van problemen

- Bij eventuele mankementen die een gevaar zouden kunnen opleveren voor het kind moet onmiddellijk contact worden opgenomen met de leverancier voor reparatie.
- In alle gevallen waarin wordt getwijfeld aan de juistheid van de instellingen of de juiste vorm en toepassing van accessoires dient contact te worden opgenomen met de therapeut of de leverancier voor eventuele aanpassingen.
- Wanneer het kind ongewenst uit het bed klimt, de deurtjes zelfstandig kan openen of een lagere verzorgingshoogte is gewenst moet er in overleg met de behandelende therapeut, de revalidatiearts en de verzekering gekozen worden voor een andere oplossing.

7. Garantie

Bij normaal gebruik wordt als volgt garantie verleend:

- Garantie op fabricagefouten, tot 12 maanden na de leverdatum van de bedbox;
- Het matras valt buiten de garantie.

De garantie zal vervallen bij:

- Beschadiging als gevolg van misbruik, verwaarlozing, ongeluk, onjuiste reparatie, blootstelling aan bijtende of schurende middelen, gebruik of stallen in vochtige omstandigheden, nalaten van het opvolgen van onderhoud- en veiligheidsinstructies of bij vervangingen of aanpassingen uitgevoerd door iemand anders dan een door Atlas Revalidatie Techniek gevolmachtigd persoon.

Bij correspondentie graag: naam en adres, type bedbox, serienummer en de datum van ingebruikname vermelden.

Niets uit deze handleiding mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Atlas Revalidatie Techniek BV.
© 2004 Atlas Revalidatie Techniek B.V.

8. Technische gegevens

8.1 Afmetingen

Afmetingen matras:	90 x 200 cm	120 x 160 cm
Afmetingen buitenwerk:	98 x 208 cm	128 x 168 cm
Verzorgingshoogte:	80 cm – 90 cm hoog	
Maximaal toelaatbaar gewicht:	150 kg	
Materiaal:	Blank gelakt beuken	

De bedbox is zeer goed onderrijdbaar voor een tillift.

8.2 Bekleding

De hoes die bij het matras geleverd wordt, is gemaakt van urinebestendig materiaal en goed reinigbaar met gangbare schoonmaakmiddelen.

8.3 Opties

- Lattenbodem met handmatig verstelbaar hoofd- en voeteneind (alleen mogelijk bij matrasmaat 90x200);
- Elektrisch te verstellen lattenbodem (alleen mogelijk bij matrasmaat 90 x 200);
- Diverse soorten matrassen, waaronder anti-decubitus matrassen;
- Zijden voorzien van slagvast, doorzichtig lexaan;
- Zijden voorzien van bisonyl beschermingsmatten;
- Verrijdbaar maken van de bedbox d.m.v. 4 dubbelberemde wielen;
- Hogere omranding;
- Speel-/ therapieboog;
- Afwijkende maten;
- Afwijkende kleuraccenten (blauw, groen, geel).

Niets uit deze handleiding mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Atlas Revalidatie Techniek BV.
© 2004 Atlas Revalidatie Techniek B.V.